

本リリースは、経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ及び消費者庁記者クラブに配布しています

News Release

平成 26 年 9 月 9 日
N I T E (ナ イ ト)
独立行政法人製品評価技術基盤機構

電動車いす及び介護ベッドによる高齢者の 事故の防止について（注意喚起）

NITE（ナイト）[独立行政法人製品評価技術基盤機構、理事長：安井至、本所：東京都渋谷区西原]は、平成 26 年 9 月 12 日（金）に本所ナイトスクエアにおいて、「電動車いす及び介護ベッドによる高齢者の事故の防止について」に係る記者説明会を開催します。

1. NITE に通知された製品事故情報において、電動車いす^{※1}及び介護ベッド^{※2}による 65 歳以上の高齢者の事故は、平成 21 年度から平成 25 年度までの 5 年間に合計 142 件（電動車いす 59 件、介護ベッド 83 件）ありました。
2. 事故の特徴としては、使用者の誤使用や不注意等、製品の使い方に関わる事故が全体の約 70%を占めています。
また、事故の約 30%が使用開始から 1 年未満に発生しており、電動車いすの走行中に道路から転倒・転落する事故や、介護ベッドにおいては、介助者の目の届かない間にサイドレールやベッド用グリップ等の隙間に首や手足を挟みこむ事故等、製品の使用に不慣れであったことも事故の原因のひとつと推測されます。
3. 9 月 15 日に敬老の日を迎えるにあたって、電動車いす及び介護ベッド等による事故を防ぐため、使用される高齢者の皆様や、家庭や病院・介護施設で介護に携わる皆様への注意も含めて、注意喚起を行うこととしました（詳細は、次ページをご参照ください。）

(※1) 電動車いすの操作方式によって、直接ハンドル操作を行うハンドル形及びジョイスティックレバーで操作をするジョイスティック型（標準形や簡易形）がある

(※2) 介護ベッド（本体）、ベッド用グリップ（ベッドでの起き上がりや立ち上がり等の動作を補助する用具。床置き式手すりを含む。）、サイドレール（ベッドからの転落防止のための側面の柵）等をいう。

お問い合わせ先

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 所長 大福 敏彦
担当者 池谷、西澤、長田

- 記者説明会前日及び当日
電話：03-3481-6566 FAX：03-3481-1870
- 記者説明会前々日まで及び翌日以降
電話：06-6942-1113 FAX：06-6946-7280

1. 記者説明会開催概要

日 時：平成 26 年 9 月 12 日（金） 10:00～（開場 9:00～）

会 場：ナイトスクエア（東京都渋谷区西原 2-49-10 NITE 1 階）

※ 参加を希望される方は、平成 26 年 9 月 11 日（木） 18:00 までに、「お問い合わせ先担当者」へご連絡ください。会場準備のために必要ですので、ご協力くださいますようお願いいたします。



[電車でお越しの場合]

- 京王新線「幡ヶ谷」駅から徒歩約 10 分
- 小田急線・東京メトロ千代田線
「代々木上原」駅から徒歩約 15 分

2. ご説明する内容

NITE に通知された電動車いす及び介護ベッドによる事故について、事故の発生状況や傾向、事事故例、事故を未然に防止するためのポイント等を、再現実験映像を交えてご説明いたします。

また、当日は事故の再現実験映像、静止画を収録した DVD を配布いたします。

3. 当日入館時のご注意

NITE 本所（東京都渋谷区西原）では、入館管理システムとして、セキュリティゲートを導入しております。入退館の際は、受付にて発行する入館許可証が必要となりますので、お手数おかけいたしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。

入館時：受付で外来者用入館許可証をお渡ししますので、セキュリティゲートの読み取り部分にかざして入館してください。

退館時：入館許可証を受付に返却してください。

※ 庁舎内では、入館許可証を首からお下げください