

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS0171
初回認定日	2016 年 12 月 8 日
最新交付日	2016 年 12 月 8 日
認定された事業所の名称 及び所在地	エタックエンジニアリング株式会社 温度校正室 〒 369-0307 埼玉県児玉郡上里町大字嘉美字立野南 1600 番 4 法人番号 5010001012179
問い合わせ窓口	温度校正室 Tel: 0495-33-1104 FAX: 0495-33-2781
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：温度

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 28 年 12 月 8 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 28 年 12 月 8 日

校正手法の区分の呼称[登録年月日]：接触式温度計[平成 28 年 12 月 8 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類		校正範囲		最高測定能力 (信頼の水準約 95%)
			温度範囲	最小目盛	
接触式温度計	指示計器付 温度計 (比較校正法)	測温抵抗体	-40 °C以上 200 °C以下	0.001 °C	0.055 °C
				0.01 °C	0.06 °C
				0.1 °C	0.1 °C
				1 °C	1 °C
		熱電対	-40 °C以上 200 °C以下	0.001 °C	0.45 °C
				0.01 °C	0.45 °C
				0.1 °C	0.5 °C
				1 °C	1 °C

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正手法の 区分の呼称	種類			校正範囲		最高測定能力 (信頼の水準約 95%)
				温度範囲	最小目盛	
接触式温度計	指示計器付 温度計 (比較校正法)	恒温槽 装備	測温 抵抗体	-40 °C以上 150 °C以下	0.1 °C	0.5 °C
				1 °C	1 °C	
			熱電対	-40 °C以上 150 °C以下	0.1 °C	0.8 °C
					1 °C	2 °C