



(1 / 2)
20240906 評基認第 002 号
2025 年 3 月 27 日

認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を ASNITE 認定プログラムの試験事業者として認定する。

認 定 識 別: ASNITE 0042 Testing

適合性評価機関の名称: オクト産業株式会社 評価センター

法人の名称: オクト産業株式会社

適合性評価機関の所在地: 福島県本宮市関下字羽黒 130 番地 1

認 定 範 囲: 2 ページ目以降に記載の 4 区分

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (ASNITE-T (G)) に
記載した認定要求事項

認定発効日: 2025 年 1 月 22 日

認定の有効期限: 2029 年 1 月 21 日

初回認定発効日: 2009 年 12 月 17 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 堀 坂 和 秀

- ・ IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認取決め) に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・ この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・ IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

試験所名 : オクト産業株式会社 評価センター
 試験所所在地 : 福島県本宮市関下字羽黒130番地1
 実施する業務 : 試験実施、結果の報告及びマネジメントシステム運用(全認定範囲)

<評価センターの認定範囲>

認定発効日：2025年1月22日				
試験する材料 又は製品	試験方法の区分の 名称	構成要素、 パラメータ又は特性	試験方法	特記事項
電気製品 電池類	耐久性・耐食性試験	振動	IEC 60068-2-6	-
		振動、温度、気圧	IEC 61959 4.1 IEC 62133-1 7.2.2、7.2.3、7.2.4、 7.3.5及び7.3.7 IEC 62133-2 7.2.2及び7.3.4 韓国電気用品安全管理法 電気用品安全 基準 KC 62133-2 7.2.2、7.2.3、 7.2.4、7.3.5、7.3.7、8.2.2及び8.3.4	-
電気製品 電池類	機械的強度試験	重力	IEC 60068-2-31	-
		重力、圧力	IEC 61959 4.2 IEC 62133-1 7.3.3、7.3.4及び7.3.6 IEC 62133-2 7.3.3及び7.3.5 韓国電気用品安全管理法 電気用品安全 基準 KC 62133-2 7.3.3、7.3.4、 7.3.6、8.3.3及び8.3.5	-
	電池類電気的特性 試験	電流、電圧、温度、時 間	IEC 61960-3 7	-
	電池類安全試験	電流、電圧、温度、抵 抗	IEC 62133-1 7.2.1、7.3.1、7.3.2、 7.3.8及び7.3.9 IEC 62133-2 7.2.1、7.3.1、7.3.2、 7.3.6及び7.3.7 韓国電気用品安全管理法 電気用品安全 基準 KC 62133-2 7.2.1、7.3.1、7.3.2、 7.3.8、7.3.9、8.2.1、8.3.1、8.3.2、 8.3.6及び8.3.7	-